



产品质检报告单

产品名称	F12 培养液	产品货号	GNM21700-5
产品规格	500ml	保质期限	12 个月
产品批号	23091302	生产日期	2023-09-13
存储条件	2-8℃，避光保存	运输条件	常温
检验依据	《细胞培养液产品技术要求》 《中国药典 2020 版》	检验日期	2023-09-13

测试项目	标准	实测结果
外观	应为红色澄清液体，无絮状纤维、颗粒杂质	符合规定
pH	应为 7.00-7.40	7.29
渗透压	应为 290-330mOsm/kg	310
内毒素	应为≤0.25EU/mL	符合规定
微生物试验	应为无菌	符合规定

结论：本品按《细胞培养液产品技术要求》《中国药典 2020 版》标准检验，结果符合规定。

产品仅用于科研和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

检验员 吕小芬

复核员 李飘益

日期: 2023-09-18

