



产品检验报告单

产品名称	D-PBS 缓冲液	产品货号	GNM14190-2
产品规格	250ml	保质期限	18 个月
产品批号	23020902	生产日期	2023-02-09
存储条件	室温	运输条件	常温
检验依据	《缓冲液产品技术要求》 《中国药典 2020 版》	检验日期	2023-02-09

测试项目	标准	实测结果
外观	应为澄清的液体，无絮状纤维、颗粒杂质	符合规定
pH	应为 6.0-8.0	7.26
渗透压	应为 280-360mOsm/kg	289
内毒素	应为 ≤ 0.25 EU/mL	符合规定
微生物试验	应为无微生物检出	符合规定

结论：本品按《缓冲液产品技术要求》《中国药典 2020 版》标准检验，结果符合规定

产品仅用于研究和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

检验员 朱雨晴	复核员 章越春	日期 2023-02-16
---------	---------	---------------

