



产品检验报告单

产品名称	青霉素-链霉素溶液（100X）	产品货号	GNM15140-1
产品规格	100ml	保质期	12个月
产品批号	24021901	生产日期	2024-02-19
存储条件	-20℃避光。建议分装冻存，避免反复冻融	运输条件	湿冰
检验依据	《中国药典 2020 版》 《细胞培养液产品技术要求》	检验日期	2024-02-19

测试项目	标准	实测结果
外观	应为澄清的液体，无絮状纤维、颗粒杂质	符合规定
pH	应为 4.0-7.0	5.67
渗透压	应为 310-350mOsm/kg	336
内毒素	应为≤0.25EU/mL	符合规定
无菌试验	应为无菌	符合规定

结论：本品按《中国药典 2020 版》《细胞培养液产品技术要求》标准检验，结果符合规定

产品仅用于科学研究和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

检验员 吕小芬	复核员 李飘益	日期 2024-02-25
---------	---------	---------------

