

产品质量检验报告

产品名称	0.2ml PCR单管	产品批号	21524017
产品货号	AB2010000	生产日期	2024/08/02
序号	检测项目	检验内容/检验依据	检测结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	包装	包材、数量正确，包装完好	符合要求
4	离心力测试	4000RPM 1min	符合要求
5	蒸发率测试	蒸发率<5%	符合要求
6	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
7	Rnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
8	Dnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
9	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
10	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
结果判定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA			
备注：本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			

检验人员

张金

审核人员



地址：浙江省台州市仙居县白塔镇经济开发区优亿路28号蓝湾科创中心B号楼1楼

电话：(+86) 0576-87775983

<http://www.sainingbio.com>