


产品质量检验报告

产品名称	0.1ml 半裙边96-PCR板	产品批号	07822065
产品货号	AB2041000	生产日期	2022/03/19
序号	检测项目	检验内容/检验依据	检测结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	印刷	印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影	符合要求
		印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨	符合要求
4	包装	包材、数量正确，包装完好	符合要求
5	离心力测试	4000RPM 1min	符合要求
6	蒸发率测试	蒸发率<10%	符合要求
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
8	Rnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
9	Dnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
10	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
11	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
结果判定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA			
备注：本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			

检验人员 审核人员 

地址：浙江省台州市仙居县白塔镇经济开发区优亿路28号蓝湾科创中心3号楼1楼

电话：(+86) 0576-87775983

<http://www.sainingbio.com>