



产品检验报告单

产品名称	DMEM 高糖培养液 (2X)	产品货号	GNM12802-5
产品规格	500ml	保质期限	12 个月
产品批号	24091903	生产日期	2024-09-19
存储条件	2-8℃	运输条件	常温
检验依据	《细胞培养液产品技术要求》 《中国药典 2020 版》	检验日期	2024-09-19

测试项目	标准	实测结果
外观	应为红色澄清液体，无絮状纤维、颗粒杂质	符合规定
pH	应为 7.0-7.4	7.40
渗透压	应为 590-620mOsm/kg	608
内毒素	应为≤0.25EU/mL	符合规定
微生物试验	应为无微生物检出	符合规定

结论：本品按《细胞培养液产品技术要求》《中国药典 2020 版》标准检验，结果符合规定

产品仅用于研究和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

检验员 吕小芬	复核员 李飘益	日期 2024-09-25
---------	---------	---------------

