


## 产品质量检验报告

产品名称	一次性细胞铲刀	产品批号	19924872
产品货号	AB5050130	生产日期	2024/07/17
序号	检测项目	检验内容/检验依据	检测结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	包装	包材、数量正确，包装完好	符合要求
4	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
5	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
6	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
结果判定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA			
备注：本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			

检验人员 审核人员 

地址：浙江省台州市仙居县白塔镇经济开发区优亿路28号蓝湾科创中心3号楼1楼  
电话：(+86) 0576-87775983  
<http://www.sainingbio.com>

