

产品质量检验报告

产品名称	33mm 针式滤器	产品批号	13024873
产品货号	AB5032200	生产日期	2024/05/09
序号	检测项目	检验内容/检验依据	检测结果
1	外观	无黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	包装	包材、数量正确，包装完好	符合要求
4	配合	细胞过滤器与筛网配合牢固，筛网无上翻现象	符合要求
5	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
6	细胞培养测试	《细胞培养检验规范》	符合要求
7	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
8	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
结果判定		OK	
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA			
备注：本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			

检验人员 张金

审核人员



地址：浙江省台州市仙居县白塔镇经济开发区优亿路28号蓝湾科创中心3号楼1楼
电话：(+86) 0576-87775983
<http://www.sainingbio.com>

