



## 产品检验报告单

|      |                                |      |            |
|------|--------------------------------|------|------------|
| 产品名称 | DMEM 低糖培养液                     | 产品货号 | GNM31600-2 |
| 产品规格 | 250ml                          | 保质期限 | 12 个月      |
| 产品批号 | 23082202                       | 生产日期 | 2023-08-22 |
| 存储条件 | 2-8℃                           | 运输条件 | 常温         |
| 检验依据 | 《细胞培养液产品技术要求》<br>《中国药典 2020 版》 | 检验日期 | 2023-08-23 |

| 测试项目  | 标准                  | 实测结果 |
|-------|---------------------|------|
| 外观    | 应为红色澄清液体，无絮状纤维、颗粒杂质 | 符合规定 |
| pH    | 应为 7.0-7.4          | 7.35 |
| 渗透压   | 应为 310-340mOsm/kg   | 327  |
| 内毒素   | 应为≤0.25EU/mL        | 符合规定 |
| 微生物试验 | 应为无微生物检出            | 符合规定 |

结论：本品按《细胞培养液产品技术要求》《中国药典 2020 版》标准检验，结果符合规定

产品仅用于研究和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| 检验员 吕小芬 | 复核员 李飘益 | 日期 2023-08-28 |
|---------|---------|---------------|

