



产品质检报告单

产品名称	RPMI1640 培养液	产品货号	GNM11835-2
产品规格	250ml	保质期限	12 个月
产品批号	24050603	生产日期	2024-05-06
存储条件	2-8℃	运输条件	常温
检验依据	《细胞培养液产品技术要求》 《中国药典 2020 版》	检验日期	2024-05-07

测试项目	标准	实测结果
外观	应为澄清的液体，无絮状纤维、颗粒杂质	符合规定
pH	应为 7.0-7.4	7.18
渗透压	应为 265-300mOsm/kg	275
内毒素	应为 ≤ 0.25 EU/mL	符合规定
无菌试验	应为无菌	符合规定

结论：本品按《细胞培养液产品技术要求》《中国药典 2020 版》标准检验，结果符合规定。

产品仅用于科研和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

检验员 吕小芬	复核员 李飘益	日期 2024-05-13
---------	---------	---------------

