



产品质检报告单

产品名称	IMDM 培养液	产品货号	GNM12200-2
产品规格	250ml	保质期限	12 个月
产品批号	23050503	生产日期	2023-05-05
存储条件	2~8℃，避光	运输条件	常温
检验依据	《细胞培养液产品技术要求》 《中国药典 2020 版》	检验日期	2023-05-05

测试项目	标准	实测结果
外观	应为红色澄清液体，无絮状纤维、颗粒杂质	符合规定
pH	应为 6.9-7.3	7.20
渗透压	应为 270-310mOsm/kg	293
内毒素	应为≤0.25EU/mL	符合规定
微生物试验	应为无菌	符合规定

结论：本品按《细胞培养液产品技术要求》《中国药典 2020 版》标准检验，结果符合规定。

产品仅用于科研和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

检验员 章春越

复核员 郭泳麟

日期 2023-05-10

